



Warszawa, dn. 25.05.2018 r.

Postępowanie nr 2/KC/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zamrażarek niskotemperaturowych oraz stacji uzdatniania wody dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Nawiązując do przesłanych pytań Zamawiający odpowiada w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

W wymaganiach technicznych w p. C.6 Zamawiający określił wymóg "Drzwi zewnętrzne dzielone na dwie części, izolowane termicznie". Czy z powyższego zapisu wynika, że Zamawiający wymaga 2 szt. drzwiczek zewnętrznych, każde wyposażone w zamek i uchwyt do otwierania?

Odpowiedź: TAK, ze względu na planowane umiejscowienie zamrażarek w części ogólnodostępnej Zamawiający wymaga, aby drzwi zamrażarek były podzielone na dwie części, oraz aby każda część posiadała moduł / zamek do zamknięcia na klucz lub kłódkę i własny uchwyt do otwierania drzwi.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Czech

Otrzymują:
wszyscy zainteresowani.