



Postępowanie nr 3/2022/KCBTIK

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto**

na DOSTAWĘ MYJNI DEZYNFEKTORA dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami zapytania ofertowego lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia zapytania ofertowego, należy przyjąć, że stanowią one zmianę zapytania ofertowego, dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z zapytaniem ofertowym, przy czym w przypadku gdy:

- 1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,*
- 2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.*

Pytanie nr 1.

Dotyczy pkt. 13_Myjnia-dezynfektor:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompatybilności zaoferowanej myjni z posiadanymi przez Zamawiającego wózkami do mycia obuwia oraz do mycia szkła laboratoryjnego pochodzącymi z myjni Getinge 46-4? UZASADNIENIE: Opisane wózki pasują jedynie do myjni produkowanej przez firmę Getinge i wstawienie takiego wymogu oznacza, iż zaoferowana może być jedynie myjnica wyprodukowana przez tę firmę. Wprowadzenie alternatywy w postaci wymogu zaoferowania wraz z urządzeniem dodatkowych koszy (wózków) do mycia obuwia operacyjnego oraz szkła laboratoryjnego stawia firmę Getinge w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych oferentów. Dodatkowo w przypadku zaoferowania wraz z myjnią opisanych koszy (wózków) Zamawiający będzie musiał je gdzieś przechowywać, zaś wózki od myjni Getinge albo nie będą wykorzystywane albo będą używane w posiadanej myjni firmy Getinge. W tym drugim przypadku brak jest uzasadnienia konieczności dostarczenia wraz z myjnią dodatkowych wózków.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego. Zamawiający z uwagi na aspekty organizacyjne oraz z uwagi na właściwe gospodarowanie mieniem podtrzymuje wymóg kompatybilności sprzętu zamawianego w niniejszym postępowaniu z akcesoriami już posiadanymi.

Zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część WYMAGANIA DODATKOWE pkt 13. **Kompatybilność** z posiadanymi przez zamawiającego akcesoriami nie jest wymaga w przypadku zaoferowania przez Oferenta odpowiedników wskazanych akcesoriów – również kolejny pkt 14 części OPZ WYMAGANIA DODATKOWE wskazuje na możliwość zaoferowania odpowiednika dodatkowych koszy wsadowych o których mowa w pkt 14.

Zamawiający zwraca jednak uwagę, że zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiągniętych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczonych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.



Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:

- 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
- 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.),
- 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.

Wprowadzenie wymogu zaoferowania wraz z urządzeniem wózków do mycia obuwia i szkła jest podyktowane wymaganiami sprzętowymi jakie stawia Zamawiający – urządzenie bez tych opcji nie będzie kompletne i przydatne, tym samym narazi Zamawiającego na dodatkowe koszty zakupu ww. opcji lub dodatkowego urządzenia spełniającego te opcje. Zamawiający ma prawo wskazać część wyposażenia-akcesorii myjni-dezynfektora, które są w jego posiadaniu. Zamawiający nie widzi uzasadnienia ekonomicznego dla zakupu już posiadanych opcji.