

Załącznik nr 2 do zmiany treści zapytania ofertowego. Wersja ujednolicona po zmianach z dnia 19.10.2021r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest: WYTRZĄSARKA

Wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę i stanowić będą załącznik do umowy o zamówienie publiczne.

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Laboratoryjna wytrząsarka zaprojektowana do długotrwałej pracy ciągłej pod obciążeniem - możliwość pracy w pomieszczeniach czystych banku tkanek. Główną funkcją wytrząsarki jest dokładne mieszanie roztworów oraz płukanie kości na etapie przetwarzania zgodnie z procedurami banku tkanek.

Podstawowe dane techniczne:

- Rodzaj ruchu: orbitalny;
- Możliwość pracy ciągłej;
- Zakres częstotliwości drgań (1/min): 30 - 300;
- Maksymalne obciążenie platformy (kg): do 10;
- Szerokość całkowita (mm): nie więcej niż 360;
- Głębokość całkowita (mm): nie więcej niż 420;
- Wysokość całkowita (mm): nie więcej niż 270;
- Platforma główna o wymiarach: 350x350mm +/- 20mm
- Masa (kg): nie większa niż 12;
- Zakres pracy: zakres 4 - 40°C

Części składowe wytrząsarki:

- Wytrząsarka z kablem lub kabel sieciowy z zasilaczem 230 V.
- Dodatkowa Platforma o wymiarach (mm) w zakresie: 450X450 do 510X510 z min. 5 wałkami stabilizującymi.

Wymagania dodatkowe:

- Gwarancja: min 12miesiący
- Paszport techniczny urządzenia.

Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą z 4 wałkami stabilizującymi o wymiarach: 350 x 350 x 153 mm
Zamawiający dopuści wytrząsarkę z zakresem pracy: RT + 5°C -50°C

Dyrektor
Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komórek
w Warszawie

dr hab. n. med. Artur Kamiński