



Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek  
ul. Tytusa Chałubńskiego 5  
02-004 Warszawa

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130 000 złotych netto

oznaczenie sprawy: 8 / 2021 /KCBTiK

Przedmiot zamówienia: AUTOKLAW Z WYPOSAŻENIEM

Zatwierdzam:

Dyrektor  
Krajowego Centrum  
Bankowania Tkanek i Komórek  
w Warszawie

*dr hab. n. med. Artur Kamiński*

---

Warszawa, dn. 13/10/2021

1



**I. ZAMAWIAJĄCY**

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 5  
02-004 Warszawa strona internetowa: <http://kcbtik.pl/>

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm).

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest AUTOKLAW Z WYPOSAŻENIEM
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”

**IV. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2021 r.

**V. OFERTY CZĘŚCIOWE/WARIANTOWE**

1. Zamawiający (nie) dopuszcza składania(e) ofert częściowych
2. Zamawiający (nie) dopuszcza składania(e) ofert wariantowych
3. Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.

**VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. **Oferty spełniające powyższe wymagania należy składać na adres: [sekretariat@kcbtik.pl](mailto:sekretariat@kcbtik.pl)**
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej realizacją 3 dostaw urządzeń napędowych do zastosowań chirurgicznych/ortopedycznych.

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi/dostawy zostały wykonane należycie – wzór wykazu Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy)

**VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :
  - 1) Cena oferty (brutto w złotych) - 60%
  - 2) Długość okresu gwarancji - 40%

Ad. 1) W kryterium „Cena” zostanie zastosowany wzór:

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferty brutto z najniższą ceną niepodlegającą odrzuceniu}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 60 \text{ pkt.}$$

W formularzu oferty (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (całkowity koszty materiałów i robocizny). Wskazanie dwóch lub więcej stawek spowoduje odrzucenie oferty.





Ad. 2) W kryterium „Długość okresu gwarancji” zostaną zastosowane poniższe zasady:

W formularzu oferty (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany okres gwarancji na zakupione wentylatory oraz filtry obejmujący prace związane z wymianą filtrów, liczony od daty podpisania protokołu odbioru (min. 12 miesięcy, max. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji w innej jednostce czasu, Zamawiający na potrzeby oceny ofert zaokrągli (w dół) proponowany okres gwarancji do wskazanych poniżej okresów gwarancji.

Zaoferowanie krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub brak wskazania spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy Zamawiający na potrzeby oceny ofert przyjmie wartość 24 miesięcy i przyzna maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 40 pkt, a w przypadku wyboru tej oferty w umowie zostanie wpisany okres gwarancji zadeklarowany w ofercie.

Punkty będą przyznawane wg zasady:

Okres gwarancji 12 miesięcy = 0 pkt

Okres gwarancji 18 miesięcy = 20 pkt

Okres gwarancji 24 miesiące = 40 pkt

Ocena ofert dokonana będzie w ten sposób, że za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, której suma uzyskanych punktów za ww. kryteria będzie największa.

Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j.). Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej/przesyła do kręgu wykonawców.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: sekretariat@kcbtik.pl, wskazany przez Zamawiającego.

#### IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w pkt.X., tj. do dnia 19.11.2021r.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### X. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 21/10/2021 r. o godzinie 12:00

Oferty należy kierować na adres e-mail: [sekretariat@kcbtik.pl](mailto:sekretariat@kcbtik.pl) wskazany przez Zamawiającego.

#### XI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ

1. Dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak:





- 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). *Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 t.j.);*
- 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania);
- 3) wykaz dostaw
- 4) proponowany wzór umowy do akceptacji KCBTiK

## XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać co najmniej:
  - 1) wypełniony formularz „Oferta”, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  - 2) dokument pełnomocnictwa *(jeśli dotyczy)*.
  - 3) wypełniony formularz „Wykaz dostaw” stanowiący załącznik nr 2 *(jeśli dotyczy)*.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
4. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę (samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami) wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
5. Oferta po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert jest jawna i podlega udostępnieniu z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego ponosi Wykonawca.

## XIII. INNE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
2. Oferty w postępowaniu są jawne.
3. Ceny oferty mają być podane w PLN netto i brutto.
4. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w Zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w formularzu oferty.





7. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz KCBTiK.
8. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9. Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach. *(jeżeli dotyczy)*
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
11. Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub postępowanie powtórzyć.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą zostać oznaczone i opisane jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP.
15. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 5. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych - [iod@kcbtik.pl](mailto:iod@kcbtik.pl) . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej



lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesy publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA TECHNICZNE**

**Przedmiotem zamówienia jest: AUTOKŁAW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM**

Wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę i stanowić będą załącznik do umowy o zamówienie publiczne.

**ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Autokław parowy wraz z wyposażeniem przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach banku tkanek. Podstawowa funkcja autoklawu to sterylizacja parowa narzędzi, sprzętu chirurgicznego oraz sterylizacja szkła laboratoryjnego.

**Podstawowe dane techniczne:**

1. Autokław parowy – Nowy (nieużywany)
2. Pojemność nie mniej niż 28 litrów
3. Wymiar tacy: nie mniej niż 18 x 36 cm (szer. x głęb.)
4. Zasilanie 230/50 V/Hz
5. Waga max 55 kg
6. System jednokrotnego wykorzystania wody do sterylizacji
7. Posiadający Znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta
8. Wersja próżniowa (proces B) – dla narzędzi opakowanych i nieopakowanych, wgłębianych i tekstylnych
9. System Oceny Procesu
10. Temperatura sterylizacji w zakresie 121-134 °C
11. 5 programów standard + 1 program specjalny zdefiniowany przez użytkownika
12. Wymagane programy:
  - 4 programy w temperaturze 134°C
  - 1 program w temperaturze 121°C
  - Program własny modyfikowany przez użytkownika w zakresie temperatury 134°C lub 121°C
  - Programy sterylizacyjne: min. 3 programy testowe (Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test)
13. Załadunek: nie mniej niż 8,0 kg narzędzi nieopakowanych
14. Załadunek: nie mniej niż 5,0 kg narzędzi opakowanych
15. Wbudowany zbiornik na czystą wodę: nie mniej niż 4L
16. Wbudowany zbiornik na zużytą wodę: nie mniej niż 4L
17. Możliwość podłączenia do zewnętrznego demineralizatora
18. Możliwość automatycznego zrzutu skroplin do kanalizacji
19. Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu. Wyświetlanie aktualnego etapu procesu w j. polskim – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania

- 20 System alarmów przerywający proces sterylizacji
- 21 Próżnia wstępna i frakcjonowana wytwarzana pompą próżniową
- 22 Suszenie przy pomocy pompy próżniowej
- 23 Wytwornica pary poza komorą autoklawu
- 24 Wyjmowany stelaż
- 25 Możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by",
- 26 Komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej
- 27 Filtr bakteriologiczny
- 28 System automatycznego, ryglowania oraz odblokowywania drzwi komory sterylizacyjnej
- 29 Rejestrator przeprowadzonych cykli
- 30 Kolorowy, dotykowy wyświetlacz
- 31 Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów
- 32 Wbudowany rejestrator cykli na Pendrive USB
- 33 Możliwość pracy autoklawu w sieci LAN
- 34 Funkcja przypomnienia pozwalająca Użytkownikowi ustawić czy i kiedy aktywować przypomnienie o wykonaniu testów (Vacuum - Helix / B&D - Vacuum + Helix / B&D).
- 35 możliwość zaprogramowania startu opóźnionego.

**Wyposażenie:**

1. Ilość tac – min 6 szt.
2. Obrotowy stelaż na 6 tac lub 3 kontenery sterylizacyjne
3. zewnętrzna drukarka z możliwością drukowania etykiet i przebiegu cykli sterylizacji
4. etykiety do drukarki x 10 rolek (po min 200etykiet)
5. zgrzewarka elektroniczna - impulsowa: Nowa z gwarancją 24miesiące (w tym paszport techniczny)
  - możliwość pracy w cyklu ciągłym;
  - możliwość zgrzewu rękawów papierowo-foliowych;
  - szerokość zgrzewu min 12mm;
  - max szerokość zgrzewanego rękawa min 30cm;
  - zasilanie 230/50 V/Hz;
  - system podtrzymujący rolki z rękawem papierowo-foliowym o szerokości min 30cm
  - system tnący stanowiący integralną część zgrzewarki
  - ze względu na umiejscowienie zgrzewarki żaden z wymiarów zewnętrznych urządzenia nie może przekraczać 50cm.

**Wymagania dodatkowe:**

1. Gwarancja autoklawu: min. 12 miesięcy;
2. Instrukcja w języku polskim, paszport, karta gwarancyjna
3. Dostawa, instalacja, przeszkolenie personelu
4. Wykonanie kwalifikacji IQ OQ PQ po instalacji autoklawu potwierdzone dokumentacją.
5. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP.